

Nota Técnica 390712

Data de conclusão: 18/08/2025 07:57:37

Paciente

Idade: 56 anos

Sexo: Feminino

Cidade: Sapiranga/RS

Dados do Advogado do Autor

Nome do Advogado: -

Número OAB: -

Autor está representado por: -

Dados do Processo

Esfera/Órgão: Justiça Federal

Vara/Serventia: 2º Núcleo de Justiça 4.0 - RS

Tecnologia 390712

CID: M17 - Gonartrose [artrose do joelho]

Diagnóstico: Gonartrose [artrose do joelho] (M17)

Meio(s) confirmatório(s) do diagnóstico já realizado(s): laudo médico

Descrição da Tecnologia

Tipo da Tecnologia: Procedimento

Descrição: Prótese total de joelhos bilateral pelo procedimento HINGE

O procedimento está inserido no SUS? Não

Outras Tecnologias Disponíveis

Tecnologia: Prótese total de joelhos bilateral pelo procedimento HINGE

Descrever as opções disponíveis no SUS e/ou Saúde Suplementar: Não.

Custo da Tecnologia

Tecnologia: Prótese total de joelhos bilateral pelo procedimento HINGE

Custo da tecnologia: -

Fonte do custo da tecnologia: -

Evidências e resultados esperados

Tecnologia: Prótese total de joelhos bilateral pelo procedimento HINGE

Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia: A prótese constrita também é nomeada de prótese tipo Hinge ou do tipo dobradiça e é utilizada nas artroplastias totais de joelho (ATJ). Dentre as indicações para o uso desta prótese na ATJ, a literatura cita: quando há perda óssea importante decorrente da instabilidade articular e processo degenerativo associados, insuficiência do ligamento colateral, incluindo a perda da inserção deste ligamento, deformidade grave em varo ou valgo ($> 20^\circ$) com liberação relevante do tecido mole, desequilíbrio grosso do espaço de flexão-extensão, anquilose e hiperfrouxidão. Outras possíveis indicações para a prótese tipo hinge seriam: infecção, afrouxamento asséptico [7,8]. Os sinais e sintomas nestes casos de instabilidade podem incluir marcha com pernas rígidas, joelho hiperestendido durante a fase de apoio, marcha de impulso em varo ou valgo, rotação anormal e ângulo atípico de progressão do pé [7]. Este tipo de prótese também é utilizada em casos de revisão de prótese total de joelho, em especial em casos de instabilidade/deslocamento anormal significativo dos componentes articulares, levando à falha clínica da substituição articular, com luxação como produto final [8,9].

Não identificamos ensaios clínicos randomizados comparando diferentes materiais nesse cenário, porém diversas revisões descrevem o uso de prótese constrita como opção, uma vez que o substrato biológico disponível pode ser inadequado para outras próteses [7,8].

A realização em tempo adequado de cirurgias eletivas ortopédicas representa um desafio para muitos sistemas de saúde. Para ilustrar o cenário, podemos considerar as cirurgias eletivas mais comumente realizadas mundialmente - artroplastia de quadril e artroplastia de joelho. De acordo com os últimos dados disponíveis (relatório de 2019, dados de 2017) da OECD, o tempo médio e mediano de espera para artroplastia total do quadril eram de 161 e 95 dias, respectivamente. Países como Dinamarca, Suécia e Nova Zelândia apresentavam tempo de espera abaixo de 50 dias, enquanto Polônia e Chile atingiam mais de 400 dias (acima de 13 meses) como média de espera (cerca de 240 dias como mediana [10]. Os tempos de espera para a substituição do joelho seguem os padrões da artroplastia de quadril, mas com tempos de espera mais elevados: tempo médio e mediano de espera eram de 277 e 114 dias, respectivamente [11].

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Cirurgia	Artroplastia joelho	de2	R\$ 121.052,00	R\$ 242.104,00

*baseado no menor orçamento fornecido pela parte autora (Evento 1, ORÇAM14, Página 2)
Não existe uma base oficial para consulta de valores de referência para a realização de

procedimentos cirúrgicos com a prótese tipo hinge, motivo pelo qual apresentamos o valor orçado pela parte autora.

Não consta orçamento somente em relação à prótese. Foram apresentados 3 orçamentos contemplando ato cirúrgico, anestesia e todos os custos relacionados com o ato cirúrgico. E não há proposta anexada ao processo de realizar o procedimento cirúrgico pelo SUS com a prótese tipo hinge indicada e comprada especificamente para a parte autora.

Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: Ganho de funcionalidade e alívio de sintomatologia.

Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante: Não avaliada

Conclusão

Tecnologia: Prótese total de joelhos bilateral pelo procedimento HINGE

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: Reconhecemos a indicação cirúrgica de ambos os joelhos da autora com a prótese tipo constrita, também nomeada de tipo hinge ou dobradiça, tendo em vista as condições da estrutura articular dos joelhos a serem operados, a ser feita pelo SUS, a exemplo de como foi proposto pelo Hospital São Lucas da PUCRS ou pelo Hospital São Francisco de Assis.

Contudo, apesar da autora apresentar limitações físico-funcionais e ser refratária ao tratamento convencional, o procedimento não preenche critérios de “urgência” conforme definição da Resolução CFM nº 1451/95 (ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata). A cirurgia pleiteada é eletiva e apesar da espera por longos períodos ser inadequada e traduzir seguir com dores e limitações funcionais crescentes, antecipar a autora na fila de espera significaria incorrer inadvertidamente em prejuízo dos demais pacientes aguardando em fila e, portanto, em quebra de equidade no uso do sistema de saúde.

Portanto, recomendamos que sejam considerados critérios clínico-funcionais, avaliando a gravidade do quadro, e não somente critérios cronológicos (data de inserção na fila). Para tal, recomendamos que seja confirmada a inserção da solicitação de cirurgia da autora na fila para a ATJ, pelo SISREG, com apresentação da estimativa da autora ser chamada, além da disponibilização da prótese tipo hinge indicada para a autora.

Destacamos que não foram apresentados orçamentos apenas das próteses pleiteadas com finalidade de serem utilizadas em cirurgia pelo SUS. E reiteramos que somos favoráveis ao provimento jurisdicional das referidas próteses a serem feitas em hospital público, pelo SUS, mas que para isso faz-se necessário a confirmação de que a autora esteja em fila de espera para este procedimento cirúrgico de ambos os joelhos.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não

Referências bibliográficas:

1. Lyn March, Marita Cross. Epidemiology and risk factors for osteoarthritis. UpToDate

2. DynaMed Plus [Internet]. Ipswich (MA): EBSCO Information Services; 2017. Osteoarthritis (OA) of the Knee.
3. Deveza LA. Management of knee osteoarthritis. In: Hunter D, Curtis MR, editors. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate; 2020.
4. Doherty M. Clinical manifestations and diagnosis of osteoarthritis. In: Hunter D, Curtis MR, editors. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate; 2019.
5. Mihalko WM, Haider H, Kurtz S, Marcolongo M, Uriash K. New materials for hip and knee joint replacement: What's hip and what's in kneed? *J Orthop Res.* 2020 Jul;38(7):1436-1444. doi: 10.1002/jor.24750. Epub 2020 May 28. PMID: 32437026.
6. Zhao JL, Zeng LF, Pan JK, Liang GH, Huang HT, Yang WY, Luo MH, Liu J. Comparisons of the Efficacy and Safety of Total Knee Arthroplasty by Different Surgical Approaches: A Systematic Review and Network Meta-analysis. *Orthop Surg.* 2022 Mar;14(3):472-485. doi: 10.1111/os.13207. Epub 2022 Feb 6. PMID: 35128816; PMCID: PMC8927026.
7. Rodríguez-Merchán EC. Total knee arthroplasty using hinge joints: Indications and results. *EFORT Open Rev.* 2019 Apr 25;4(4):121-132. doi: 10.1302/2058-5241.4.180056. PMID: 31057949; PMCID: PMC6492056.
8. Helito CP, Giglio PN, Cavalheiro CM, Gobbi RG, Demange MK, Camanho GL. Knee arthroplasty with rotating-hinge implant: an option for complex primary cases and revisions. *Rev Bras Ortop.* 2018 Feb 21;53(2):151-157. doi: 10.1016/j.rboe.2017.01.010. PMID: 29911080; PMCID: PMC6001876.
9. Kouk S, Rathod PA, Maheshwari AV, Deshmukh AJ. Rotating hinge prosthesis for complex revision total knee arthroplasty: A review of the literature. *J Clin Orthop Trauma.* 2018 Jan-Mar;9(1):29-33. doi: 10.1016/j.jcot.2017.11.020. Epub 2017 Dec 5. PMID: 29628680; PMCID: PMC5884045.
10. OECD (2019), "Hip replacement waiting times, averages and selected trends, 2017", in *Health at a Glance 2019: OECD Indicators*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5df449b8-en>.
11. OECD (2019), "Knee replacement waiting times, averages and selected trends, 2017", in *Health at a Glance 2019: OECD Indicators*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/ee62a179-en>.

NatJus Responsável: RS - Rio Grande do Sul

Instituição Responsável: TelessaúdeRS

Nota técnica elaborada com apoio de tutoria? Não

Outras Informações: Conforme documentos médicos apensados ao processo, trata-se de paciente com gonartrose severa em ambos os joelhos com deformidades em valgo e em varo decorrente de artrite reumatóide. Apresenta insuficiência ligamentar de ligamento colateral lateral e medial em joelho direito, deformidade em valgo no joelho direito em 40° e em varo no joelho esquerdo em 30°. A paciente foi acompanhada pelo serviço de traumatologia do Hospital São Lucas da PUCRS (Evento1 LAUDO12 Pág.1) e atualmente é acompanhada pelo Hospital São Francisco de Assis (Evento1 LAUDO11 Pág.1 e LAUDO16 Pág.1) pelo SUS. Ambos ortopedistas destes hospitais públicos indicam para a autora a cirurgia de artroplastia de joelhos com a prótese do tipo Hinge em decorrência da gravidade das lesões, mas que não são oferecidas pelo SUS estas próteses. Há radiografias e registros fotográficos documentando as deformidades em ambos os joelhos.

A doença degenerativa articular, também conhecida como osteoartrose (OA), osteoartrite ou, ainda, gonartrose quando suas lesões restringem-se aos joelhos, é a principal causa de incapacidade em adultos. Os principais fatores de risco são idade, lesão articular prévia, obesidade, fatores genéticos, deformidades anatômicas e sexo feminino. A apresentação clínica e o curso são variáveis, porém usualmente se apresenta com dor articular e limitação para execução de movimentos. É uma doença bastante prevalente, estimando-se que 240 milhões de pessoas sejam afetadas mundialmente e sabe-se que a prevalência de pessoas com alterações radiográficas da doença mas com poucos sintomas ou assintomáticas é ainda maior [1]. A prevalência de artrose de joelho sintomática é estimada em 3,8% da população, sendo 4,8% em mulheres e 3,8% em homens e aumenta com a idade, chegando a 10% dos homens e 18% das mulheres com mais de 60 anos [1,2].

O tratamento da gonartrose envolve a realização de exercícios com a devida proteção articular e perda de peso. Para quadros leves, o uso de analgésicos tópicos está indicado e para aqueles com dor moderada a forte podem ser utilizados anti-inflamatórios não-esteroides, fármacos usados no tratamento de dor crônica e cirurgia. A artroplastia com prótese de joelho é indicada aos pacientes com dor intensa decorrente de artrose e que não melhoram com tratamento conservador [3,4].

Diversas abordagens cirúrgicas e materiais protéticos estão disponíveis para a cirurgia de artroplastia total do joelho; de forma geral, a evidência comparativa direta entre técnicas e materiais é limitada, e revisões não apontam superioridade de uma opção em específico [5,6].